



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI MUNICIPAL Nº 2415/2018

Sarandi - Paraná

conselhosaudesarandi@gmail.com

RESOLUÇÃO Nº. 014, de 27 de Julho 2022, do Conselho Municipal de Saúde do Município de Sarandi.

Dispõe sobre alteração das unidades de saúde municipais que receberão os equipamentos da Resolução SESA nº. 647/2020, assim como a alteração dos objetos a serem adquiridos com recurso Incentivo Financeiro de Investimento para aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo.

O Conselho Municipal de Saúde de Sarandi, por decisão em reunião ordinária realizada no dia 26/07/2022, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº. 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº. 8.142, de 28/12/90, pela Lei Municipal nº. 2415/2018 e Lei Complementar 141/2012;

Considerando Resolução nº. 016, de 13 de Maio de 2020, do Conselho Municipal de Saúde de Sarandi que aderiu ao incentivo financeiro de investimento para a aquisição equipamentos para Unidades de Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme Resolução SESA nº. 647/2020.

Considerando que as atuais necessidades da atenção primária diferem-se do proposto anteriormente definido e que o valor de R\$ 160.000,00 da citada resolução será utilizado para suprir as Unidades Básicas de Saúde: Clínica Materno Infantil (CNES 2732181), Durvalino Rocha (CNES 2735431), Luzia Ramos Santiago (CNES 2735679), Monte Rey (CNES 0870587), Nova Aliança (CNES 9075690), Oriental (CNES 9049029), Ouro Verde (CNES 9024956), Paulo Rodrigues (2735687), Pioneiro Jaime Aparecido da Costa (CNES 2735695), Rio de Janeiro (CNES 0870900) de acordo com a Resolução SESA Nº. 976/2021 que altera o anexo I – Relação de Equipamentos e Características Técnicas da Resolução SESA nº 773/2019 que dispõe sobre a Adesão dos Municípios ao incentivo financeiro de investimento para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade fundo a fundo

Resolve:

Art. 1º. Aprovar a alteração das unidades de saúde municipais que receberão os equipamentos da Resolução SESA nº. 647/2020, assim como a alteração dos objetos a serem adquiridos com recurso Incentivo Financeiro de Investimento para aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, no valor R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme anexo I desta resolução:

ANEXO I RELAÇÃO DE BENS A SEREM ADQUIRIDOS



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI MUNICIPAL N° 2415/2018

Sarandi - Paraná

conselhosaudesarandi@gmail.com

Especificação Técnica dos Equipamentos de acordo com a Resolução SESA n° 976/2021							
Item	Tipo	Quant.	Equip.	Descrição	Exigência	Valor Unit.	Quantidade por UBS
1	Equip.	10	Otoscópio	Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	MS/ANVISA	RS 1.263,00	- 1 Clínica Materno Infantil; - 1 UBS Durvalino Rocha; - 1 UBS Luzia Ramos Santiago; - 1 UBS Monte Rey; - 1 UBS Nova Aliança; - 1 UBS Oriental; - 1 UBS Ouro Verde; - 1 UBS Paulo Rodrigues; - 1 UBS Pion. Jaime Aparecido da Costa; - 1 UBS Rio de Janeiro.
2	Mob.	05	Mesa escritório com gavetas (1,20 cm larg.x 0,70	Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel	ABNT	RS 370,00	- 1 Clínica Materno Infantil; - 1 UBS Luzia Ramos Santiago; - 1 UBS Monte Rey; - 1 UBS Paulo Rodrigues; - 1 UBS Rio de Janeiro.



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI MUNICIPAL N° 2415/2018

Sarandi - Paraná

conselhoaudesarandi@gmail.com

			cm)	frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.			
3	Mob.	05	Mesa de exame clínico	Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	MS/ANVISA	RS 3.215,00	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Clínica Materno Infantil; - 1 UBS Durvalino Rocha; - 1 UBS Nova Aliança; - 1 UBS Oriental; - 1 UBS Paulo Rodrigues.
4	Equip.	07	Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede.	Negatoscópio: equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e	MS/ANVISA	RS 911,00	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Clínica Materno Infantil; - 4 UBS Oriental.



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI MUNICIPAL N° 2415/2018

Sarandi - Paraná

conselhosaudesarandi@gmail.com

				<p>frequência de alimentação de 60 Hz.</p> <p>Deverá possuir chave ligadesliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.</p>			
5	Equip.	10	Foco Auxiliar	<p>Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ANVISA</p>	MS/ANVISA	RS 570,00	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Clínica Materno Infantil; - 1 UBS Durvalino Rocha; - 1 UBS Luzia Ramos Santiago; - 1 UBS Monte Rey; - 1 UBS Nova Aliança; - 1 UBS Oriental; - 1 UBS Ouro Verde; - 1 UBS Paulo Rodrigues; - 1 UBS Pion. Jaime Aparecido da Costa; - 1 UBS Rio de Janeiro.
6	Mob.	24	Cadeira giratória executiva c/braços, tamanho médio.	<p>CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de</p>	ABNT	RS 600,00	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Clínica Materno Infantil; - 1 UBS Durvalino Rocha; - 1 UBS Luzia Ramos Santiago; - 1 UBS Monte Rey; - 5 UBS Nova Aliança; - 5 UBS Oriental; - 3 UBS Ouro Verde; - 1 UBS Paulo Rodrigues; - 1 UBS Pion. Jaime Aparecido da Costa; - 5 UBS Rio de Janeiro.



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI MUNICIPAL Nº 2415/2018

Sarandi - Paraná

conselho-saude-sarandi@gmail.com

				<p>1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade -podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.</p>			
7	Equip.	10	Detector fetal	Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardíaco-fetal durante o trabalho	ANVISA	RS 1.200,00	<ul style="list-style-type: none">- 1 Clínica Materno Infantil;- 1 UBS Durvalino Rocha;- 1 UBS Luzia Ramos Santiago;- 1 UBS Monte Rey;- 1 UBS Nova Aliança;- 1 UBS Oriental;- 1 UBS Ouro Verde;- 1 UBS Paulo Rodrigues;- 1 UBS Pion. Jaime Aparecido da Costa;- 1 UBS Rio de Janeiro.



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI MUNICIPAL Nº 2415/2018

Sarandi - Paraná

conselhoaudesarandi@gmail.com

			<p>de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10^{\circ}\text{A}$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para demonstração e instalação do equipamento,</p>		
--	--	--	---	--	--



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI MUNICIPAL Nº 2415/2018

Sarandi - Paraná

conselhosaudesarandi@gmail.com

				assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento.			
8	Mob.	10	Cama para exame ginecológico tipo divã	<p>Cama de exame ginecológico tipo divã, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade ântero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de</p>	ABNT	RS 1.694,00	<ul style="list-style-type: none">- 1 Clínica Materno Infantil;- 1 UBS Durvalino Rocha;- 1 UBS Luzia Ramos Santiago;- 1 UBS Monte Rey;- 1 UBS Nova Aliança;- 1 UBS Oriental;- 1 UBS Ouro Verde;- 1 UBS Paulo Rodrigues;- 1 UBS Pion. Jaime Aparecido da Costa;- 1 UBS Rio de Janeiro.



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI MUNICIPAL N° 2415/2018

Sarandi - Paraná

conselhoaudesarandi@gmail.com

				<p>sujeiras. A gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura 0,76 m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura na cabeceira 0,15 m e nos pés e parte central 0,10 m. O revestimento estofado deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvin soft 8 marron. A marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama. Garantia de 1(un) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.</p>			
9	Utens.	23	Pinça Cheron	<p>Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.</p>	ABNT	RS 120,00	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Clínica Materno Infantil; - 4 UBS Luzia Ramos Santiago; - 4 UBS Monte Rey; - 1 UBS Nova Aliança; - 3 UBS Oriental; - 4 UBS Pion. Jaime Aparecido da Costa; - 4 UBS Rio de Janeiro.
10	Utens.	29	Pinça de dissecação anatômica , 14 cm	<p>Pinça de dissecação anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.</p>	ABNT	RS 25,00	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Clínica Materno Infantil; - 3 UBS Durvalino Rocha; - 4 UBS Luzia Ramos Santiago; - 4 UBS Monte Rey; - 4 UBS Oriental; - 3 UBS Ouro Verde; - 4 UBS Pion. Jaime Aparecido da Costa; - 4 UBS Rio de Janeiro.
11	Utens.	29	Pinça de dissecação dente de rato, 14 cm	<p>Pinça dissecação dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.</p>	ABNT	RS 25,00	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Clínica Materno Infantil; - 3 UBS Durvalino Rocha; - 4 UBS Luzia Ramos Santiago; - 4 UBS Monte Rey; - 4 UBS Oriental; - 3 UBS Ouro Verde; - 4 UBS Pion. Jaime Aparecido da Costa; - 4 UBS Rio de Janeiro.
12	Utens.	20	Tesoura Mayo	<p>Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de</p>	ABNT	RS 90,00	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Clínica Materno Infantil; - 2 UBS Durvalino Rocha;



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI MUNICIPAL Nº 2415/2018

Sarandi - Paraná

conselhosaudesarandi@gmail.com

				comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			<ul style="list-style-type: none"> - 2 UBS Luzia Ramos Santiago; - 2 UBS Monte Rey; - 2 UBS Nova Aliança; - 2 UBS Oriental; - 2 UBS Ouro Verde; - 2 UBS Paulo Rodrigues; - 2 UBS Pion. Jaime Aparecido da Costa; - 2 UBS Rio de Janeiro
13	Equip.	40	Oxímetro Portátil	<p>Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. < p align="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D.)b Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém-nascidos 70 - 100% ± 3 dígitos Em movimento:</p>	ANVISA	RS 115,00	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Clínica Materno Infantil; - 4 UBS Durvalino Rocha; - 4 UBS Luzia Ramos Santiago; - 4 UBS Monte Rey; - 4 UBS Nova Aliança; - 4 UBS Oriental; - 4 UBS Ouro Verde; - 4 UBS Paulo Rodrigues; - 4 UBS Pion. Jaime Aparecido da Costa; - 4 UBS Rio de Janeiro.



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI MUNICIPAL Nº 2415/2018

Sarandi - Paraná

conselhoaudesarandi@gmail.com

				Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300 lpm ± 3 dígitos Em movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 ° F (-20 ° a + 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a + 122 ° F (-30 ° a + 50 ° C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas) Assistência técnica: Fornecer assistência técnica especializada com laboratório próprio e equipe qualificada.		
15	Mob.	01	Armário 2 portas	Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com	RS 988,00	- 1 UBS Durvalino Rocha; - 3 UBS Luzia Ramos Santiago; - 1 UBS Oriental; - 2 UBS Paulo Rodrigues; - 3 UBS Rio de Janeiro.



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI MUNICIPAL N° 2415/2018

Sarandi - Paraná

conselhosaudesarandi@gmail.com

				abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.			
16	Equip.	03	Balança Antropométrica Adulta	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v.	IPEM/INMETRO	RS 1.716,00	- 1 UBS Luzia Ramos Santiago; - 1 UBS Nova Aliança; - 1 UBS Pion. Jaime Aparecido da Costa.
17	Equip.	02	Desfibrilador Semi Automático - DEA	Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de	ANVISA	RS 9.300,00	- 1 UBS Luzia Ramos Santiago; - 1 UBS Monte Rey.



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI MUNICIPAL Nº 2415/2018

Sarandi - Paraná

conselhosaudesarandi@gmail.com

			<p>eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas</p>		
--	--	--	---	--	--



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI MUNICIPAL Nº 2415/2018

Sarandi - Paraná

conselho-saude-sarandi@gmail.com

				novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios.			
18	Equip.	15	Esfigmomanômetro para adulto	<p>Esfigmomanômetro aneróide para adulto - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e péra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05</p>	IPEM ANVISA	RS 236,00	<ul style="list-style-type: none"> - 3 UBS Luzia Ramos Santiago; - 3 UBS Monte Rey; - 2 UBS Oriental; - 2 UBS Ouro Verde; - 2 UBS Pion. Jaime Aparecido da Costa; - 3 UBS Rio de Janeiro



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI MUNICIPAL Nº 2415/2018

Sarandi - Paraná

conselhosaudesarandi@gmail.com

				anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.			
19	Mob.	01	Balcão 2 portas	Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95	ABNT	RS 450,00	- 1 UBS Paulo Rodrigues.
20	Mob.	01	Mesa para reuniões	Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes	ABNT	RS 540,00	- 1 UBS Oriental.



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI MUNICIPAL Nº 2415/2018

Sarandi - Paraná

conselhosaudesarandi@gmail.com

				metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT			
21	Mob.	05	Carrinho para curativo em inox	Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	ANVISA	RS 1.750,00	- 1 Clínica Materno Infantil; - 1 UBS Luzia Ramos Santiago; - 1 UBS Monte Rey; - 1 UBS Nova Aliança; - 1 UBS Rio de Janeiro.

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial desta cidade, ficando revogadas as disposições em contrário.

Vanderlei Elias Gama Garcia

Presidente do Conselho Municipal de saúde

Homologo a resolução nº. 014/2022, do Conselho Municipal de Saúde de Sarandi nos termos do § 2º. Art. 1º, da Lei Federal nº. 8.142/90.

Márcio Manoel de Souza
Secretario Municipal de Saúde